



### 殺菌釜(鍋)自動檢查紀錄表

建國科技大學

系所名稱			實驗場所名稱			
檢查日期			檢查人員			
設備(施)名稱	檢 查 項 目	檢 查 方 法	檢 查 結 果		改 善 措 施	
			正 常	異 常		
殺菌釜(鍋)	桶 身 檢 查	1.內外面是否顯著損傷、腐蝕	目視			
		2.內外面是否顯著裂痕、變形	目視			
		3.蓋板、凸緣有無腐蝕或變形	目視			
		4.閘、旋栓等有否異常	目視			
		5.安全閘之性能有否異常	目視			
		6.壓力錶之性能有否異常	目視			
		7.溫度計之性能有否異常	目視			
		8.其他安全裝置之性能有否異常	目視			
	機 身 檢 查	1.各管路有無洩漏	目視			
		2.各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗	目視			
		3.各部螺栓有損耗、腐蝕	目視			
		4.各接頭有無洩漏	目視			
		5.保溫有無破損	目視			
實驗場所負責人			單位主管			

註：1.檢查結果欄位以「✓」符號表示，如有測定值項目請填入數值；檢查結果應詳實紀錄。  
 2.本紀錄表保存三年。