



乾燥(烘箱)及附屬設備自動檢查紀錄表

建國科技大學

| 系所名稱 | | | 實驗場所名稱 | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 檢查日期 | | | 檢查人員 | | |
| 設備(施)名稱 | 檢 查 項 目 | 檢 查 方 法 | 檢 查 結 果 | | 改 善 措 施 |
| | | | 正 常 | 異 常 | |
| 乾燥設備及附屬設備 (烘、烤箱) | 1.內面、外面及外部之棚櫃等有否損傷、變形或腐蝕。 | | | | |
| | 2.危險物之乾燥設備中排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 | | | | |
| | 3.使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥處之換氣設備有無異常。 | | | | |
| | 4.窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 | | | | |
| | 5.內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 | | | | |
| | 6.設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 實驗場所負責人 | | | 單位主管 | | |

註：1.檢查結果欄位以「✓」符號表示，如有測定值項目請填入數值；檢查結果應詳實紀錄。
2.本紀錄表保存三年。